



Certificado de Verificación

Certificado nº: 80M07371/1

Nº de muestra: 1 Tipo verificación: Periódica Lugar de ensayo: Dirección del titular.
Titular: NTRA SRA DE LAS VIRTUDES SCA
Domicilio: AUTOVIA A-92 KM:66 (VIA DE SERVICIO) CP: 41540
Población: PUEBLA DE CAZALLA, LA Provincia: SEVILLA

Patrón Utilizado

JUEGO DE PESAS DE CAMIONES con nº de control: E01007M con clase 1/10000
MEDIDOR CONDICIONES AMBIENTALES con nº de control: E80058W con clase -

Trazabilidad

Los equipos patrones utilizados tienen trazabilidad a los patrones de referencia de este laboratorio, los cuales están trazados a los patrones del Centro Español de Metrología (CEM) o patrones internacionales.

Características del instrumento de pesaje

Nº Serie: 8111362	Alcance mínimo:	400,00kg
Marca: EPEL INDUSTRIAL	Alcance Máximo:	60000,00kg
Modelo: F1000	Escalón real. (d):	20,000kg
Clase: III	Escalón verif.:	20,000kg

Precintos (número y situación)

2 Indicador VEIASA, Adhesivo, 2 Caja de suma VEIASA, Adhesivo

Resultado de los exámenes realizados

Examen administrativo	Conforme
Examen metrológico	Conforme
Ensayo de excentricidad	Conforme
Ensayo de repetibilidad (50% carga)	Conforme
Ensayo de repetibilidad (100% carga)	Conforme
Ensayo de pesaje hasta 44000 kg	Conforme
Ensayo de movilidad/sensibilidad	Conforme

Resultado de la verificación: CONFORME Fecha de la verif.: 06/05/09 Fecha cad.: 06/05/11

Condición temperatura estable: SI Humedad relativa durante los ensayos inferior al 85%: SI

Observaciones

Las pruebas se han realizado según la ITTNET-4 y los procedimientos PEAM-4 y PEAM-05 establecido por VEIASA y en base a la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999 (B.O.E. nº 110 de 08/05/99), la Orden de 25 de febrero de 2000 de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. nº 43 de 11/04/00) y la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994 (B.O.E. nº 2 de 03/01/95). No se permite la reproducción parcial de este certificado sin autorización expresa para ello.

El dispositivo de Tara se encuentra desactivado.

Fecha: 06/05/09

Fdo: José Manuel Fernández Gala

Cargo: Verificador



Certificado de Verificación

Certificado nº: 80M07372/1

Nº de muestra: 1 Tipo verificación: Periódica Lugar de ensayo: Dirección del titular.

Titular: COOP NTRA SRA DE LAS VIRTUDES SCA

Domicilio: CTRA LA PUEBLA -VILLANUEVA, KM:0,5

CP: 41540

Población: PUEBLA DE CAZALLA, LA

Provincia: SEVILLA

Patrón Utilizado

JUEGO DE PESAS DE CAMIONES con nº de control: E01007M con clase 1/10000

MEDIDOR CONDICIONES AMBIENTALES con nº de control: E80056W con clase :

Trazabilidad

Los equipos patrones utilizados tienen trazabilidad a los patrones de referencia de este laboratorio, los cuales están trazados a los patrones del Centro Español de Metrología (CEM) o patrones internacionales.

Características del instrumento de pesaje

Nº Serie: 8111363	Alcance mínimo:	400,00kg
Marca: EPEL INDUSTRIAL	Alcance Máximo:	60000,00kg
Modelo: F1000	Escalón real. (d):	20,000kg
Clase: III	Escalón verif.:	20,000kg

Precintos (número y situación)

2 Indicador VEIASA, Adhesivo, 2 Caja de suma VEIASA, Adhesivo

Resultado de los exámenes realizados

Examen administrativo

Conforme

Examen metrológico

Conforme

Ensayo de excentricidad

Conforme

Ensayo de repetibilidad (50% carga)

Conforme

Ensayo de repetibilidad (100% carga)

Conforme

Ensayo de pesaje hasta 44000 kg

Conforme

Ensayo de movilidad/sensibilidad

Conforme

Resultado de la verificación: CONFORME

Fecha de la verif.: 07/05/09 Fecha cad.: 07/05/11

Condición temperatura estable: SI Humedad relativa durante los ensayos inferior al 85%: SI

Observaciones

Las pruebas se han realizado según la ITTMET-4 y los procedimientos PEAM-4 y PEAM-05 establecido por VEIASA y en base a la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999 (B.O.E. nº 110 de 08/05/99), la Orden de 25 de febrero de 2000 de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. nº 43 de 11/04/00) y la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994 (B.O.E. nº 2 de 03/01/95). No se permite la reproducción parcial de este certificado sin autorización expresa para ello.

Fecha: 07/05/09

Fdo: Jesus Javier Diaz Serrano

Cargo: VERIFICADOR

